


SMEAR FIRCASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Fırça spiral biçimde naylon kıllardan oluşmalıdır.
- 2- 20cm uzunluğunda silindirik olmalıdır.
- 3- 2cm lik fırça 18cm. uzunluğunda bir sapa tutturulmuş olmalıdır.
- 4- Endoservikal örneklemede kullanılmalıdır.
- 5- 250 adetlik kutularda olmalıdır.
- 6- CE belgesine sahip olmalıdır.
- 7- UBB veya UTS kaydı olmalıdır.




Prof. Dr. Faik Mümtaz KOYUNCU
Celal Bayar Üniv. Tıp Fak.
Kadın Doğum A. B. D.
Dip. No: 2064

6500

SMEAR FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Smear fırçası boyu 2 cm, fırça ve sapı birbirinden ayrılabilir olmalıdır.
- 2- Uygulamada maksimum kültür alması için temas uçları ortada en uzun kenarlara doğru simetrik olarak iki yönlü kısalan fırça şeklinde olmalıdır.
- 3- Fırça dokuya zarar vermemesi için yumuşak olmalıdır.
- 4- Tek kullanımlık steril paketlerde olmalıdır. Paket üzerinde üretim, son kullanım ve barkod numarası olmalıdır.
- 5- 100'lük paketlerde olmalıdır.
- 6- T.C. Sağlık Bakanlığı ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankası (TITUB) kayıtlı ve ürünlerde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır ibaresi olmalıdır.
- 7- Ürünün CE belgesi olmalıdır.
- 8- Teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl miadlı olmalıdır.
- 9- Numune getirilmesi gerekli olup, değerlendirildikten sonra uygunluğuna ve alımına karar verilecektir.
- 10- UBB veya UTS kaydı olmalıdır.


Prof. Dr. Faik Mümtaz KOYUNCU
Celal Bayar Üniv. Tıp Fak.
Kadın Doğum A. B. D.
Dip. No: 2064