

GAZ TAMPON (7.5 x 7.5 - 8 KAT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gaz tampion 30x15cm ebadında kesilmiş olup katlandığında 7,5x7,5 cm.- 8 kat şeklinde olmalıdır.
2. Gaz tampion hidrofil gaz bezinin istenen boyutlarda kesilerek kanatlarının iplik veremeyecek şekilde kıvrılarak katlanması ile hazırlanmış olmalıdır.
3. Gaz tampionda kullanılan gaz bezi TS 14079'a uygun olmalıdır.
4. Gaz bezinin atkı-gözü teli sayısı değeri, gözü teli sayısı cm başına 10, atkı sayısı cm başına 10 olmalıdır. Ürün toplamda cm² de 20 tel içermelidir (+/- 1 tel olabilir.)
5. Atkı ve gözüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.
6. Eksik atkı ya da gözü içeren alan (tel kaçıkları gibi) olmamalıdır.
7. Apreli olmamalı, her hangi bir boya içermemelidir, durmakla sararmış olmayıp her hangi bir şekilde kirlili görünmemelidir.
8. Gaz tampion kasartılmış beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
9. Üzerinde kır, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır.
10. Gaz tampion üst yüzeylerinde delik, kesik, yırtık vb. görünüş bozuklukları olmamalıdır.
11. 100'lük kağıt ya da naylon ambalaj ile düzgün sayılabilecek şekilde paketlenmiş 10.000-15.000'lük karton ambalajlarda teslim edilmelidir. Koli bütünültü tam olmalıdır.
12. Tekir edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
13. Paketler üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
 - Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
 - Hidrofil olduğu,
 - Anma boyutları ve adedi,
 - Üretim tarihi,
 - Atkı-gözü sayısı
 - Standardın işaret ve numarası(TS 14079)
 - Seri ve parti numarası
14. Non-steril olmalıdır.
15. Değerlendirme için şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan 100 lük orijinal ambalajında 2 paket ürün numune olarak bırakılmalıdır.

16.

GBU
Gözetimlik Hiz. Mdr. Yrd.
S. GÜL KARACA