

- 15) Ameliyat esnasında ve test döneminde firma eksternal nörostimülatörü hastaya verebilmelidir.
- 16) Hastaya test döneminde eksternal nörostimülatörünü kullanabilmesi için hasta programlayıcı temin edilmelidir.
- 17) Ameliyat esnasında ve test döneminde hastanın eksternal nörostimülatörü firma çalışanı tarafından ayarlamalı ve hastanın düzenli kontrollerinin yapılabilmesi için satıcı firma bir elemanını hazır bulundurmaktadır.
- 18) Hasta test döneminde spinal kord stimilasyonundan fayda görür ise, kalıcı sistemi için MR uyumlu hasta pozisyonuna göre adapte olabilen, şarj edilebilen nörostimülatör kullanılması planlanmaktadır. Teklif verecek firma bu maddeyi göz önünde bulundurmaktadır.

  
Prof. Dr. İdil Tekin  
Dip. Tes. No:62655 - 43623  
C.B.Ü. Tıp Fak. Anestezi ve  
Reanimasyon A.B.D.