

SPİROMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık poşetler halinde olmalıdır.
2. 600 cc -900 cc -1200 cc saniyede dönüş hızı olan 3 kademesi olmalı
3. İnsprium ve Exprium yapılan aparat kısmı ağız anatomisine uygun olmalı
4. İnsprium ve Exprium için ayrıca ayar yapmaya gerek olmamalı, hastanın kolay kullanımına uygun olmalı
5. Temizliği kolayca yapılabilmesi, özellikle hastanın ağzına temas eden ağızlık kısmı temizlenebilmesi için bağlantı hortumundan ayrılabilmesi.
6. Spirometre yere düştüğünde kırılmamalı
7. Topların olduğu bölüm ile ağızlık ara bağlantısı (emiş gövdesi) kolayca takılabilmesi, takıldıktan sonra birbirlerinden istemsiz ayrılmamalı
8. İnsprium sırasında hareket etmesi gereken topların her biri bir bütün halinde olmalı, yere düştüğünde toplar bağlantı yerinden ayrılmamalı
9. Topların olduğu insprum havasının verildiği gövde kısmı bir bütün halinde olmalı, yerde düzgün durmasını sağlayan kısım ile topların yuvalandığı kısım birbirinden istemsiz ayrılmamalı
10. UFS kaydı olmalıdır.
11. 5 adet numune teslim edilmelidir
- 11.2 adet numune şahit numune olarak değerlendirilecektir

İmza
Tarih
Mühür

