

STAPES PİSTON PROTEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yekpare bedeni floroplastik (telsiz, Causse tip) olmalıdır.
2. Piston uzunluđu 6,00 mm olmalıdır.
3. Piston apı 0,4 ve 0,6 mm olmalıdır.
4. Tekli, steril kutularda ve ameliyatta kullanıma hazır olmalıdır.
5. CE rn kalite belgeli olmalıdır.

MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU



İSTEKTE BULUNAN BİRİM :					İSTEK TARİHİ : 12.10.2017		Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım					ONAY	
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları					İSTEK SAYISI:		Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UYGUNDUR	UYGUN DEĞİLDİR
Sıra	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UYGUNDUR	UYGUN DEĞİLDİR	
	Stapes Piston Protez Teknik Şartnamesi	20	Adet							 / / 201..					
										 / / 201..					
										 / / 201..					
										 / / 201..					
										 / / 201..					
										 / / 201..					
										 / / 201..					
5										 / / 201..					
										 / / 201..					
İmza İstekte Bulunan Birim Sorumlusu						İmza Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi									

..... / / 201..
Prof.Dr.Emin KURT
Başhekim