

DİSPOSABLE STERİL ANJİYOGRAFİ ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Set içerisinde:

1 adet 150 X 100 alet masa örtüsü

1 adet 150 X 300 anjiyografi örtüsü

2 adet standart cerrahi önlük

1 adet floroskopi kılıfı ve/veya 1 adet anjiyografi skopi ayak kılıfı

2 adet kompres

5 adet onlu spanç paketi

1 adet perine örtüsü

2 adet sert su kabı bulunmalıdır.

1 adet ucunda sünger (Polividon iyot sürmek için) plastik veya tahta el aleti

2- Anjiyografi örtü setinde kullanılan malzeme su geçirmez olmalı, saydam yada yarı saydam olmamalıdır.

3- Set steril olmalıdır.

4- Farklı kombinasyonlar için farklı fiyatlar verilebilir.

5- Bir adet numune ve katalog /broşür kontrol amaçlı verilmelidir.

Prof. Dr. Ali N. Z. BİLGİN
Tıp Fakültesi
Kor. No: 37235

Ferya KARADAĞ YALÇIN
Sorumlu Hemşire