

STİLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yumuşak alüminyum etrafında veya PVC ile kaplanmış olmalıdır.
2. Dışı düzgün yüksek yoğunluklu polietilen ile çevrilmiş olmalıdır.
3. 3 boyu (small,medium,large) olmalıdır.
4. Small olan boyu 2,5 numaralı entübasyon tüplerinin içinden geçmelidir.
5. Steril ve önlük poşetlerde bulunmalıdır.
6. Dayanıklı olmalıdır.


Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFİ
CBÜTF/Anest.ve Rean.AD
Diy. No: 9543 - Tescil No: 100366