

**QUADRIPOlar FIXED KATETER
(KR1057)**

1. Kateter 4 elektrodudur.
2. Kateterin tıp elektrodu 1 mm olup elektrod dizilimi 2-5-2 şeklindedir.
3. Kateter 6F kalınlığındadır.
4. Fix A-Josephson ve fix F-Cournand tıp curve seçenekleri vardır.
5. Poliüretan maddesinden yapılmıştır ve çift örgülü kateterin 110 ve 115 cm uzunluğunda seçenekleri mevcuttur.
6. Gırlıtlı elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini artırır.

Prof. Dr. Mustafa Özcan Soylu


RF ABLASYON KATETERİ(BI-DIRECTIONAL)
(KR1043)

1. Kateter 4 elektrodudur.
2. Kateter elektrod dizilimi 1-7-4 şeklindedir.
3. Kateter uzunluğu 115cm'dir.
4. Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlar.
5. Kateter üzerinden RF enerji verilebilir.
6. Kateter kalınlığı 7F'tir.
7. Kateter uç elektrodu 4mm'dir.
8. D-F ve F-J olmak üzere bi-directional farklı curve seçeneklerine sahiptir.

Prof-Dr. Mustafa Özcan Saylı



MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU

(KARDIYOLOJİ ABD. ANJİYO LABORATUVARI)

S N .	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İstegin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alın				
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
1	QUADRAPOLAR FIXED KATETER	1	ADET	 (ay)	SULTAN TEVDİK isimli hastada kullanılmak üzere		Yok			 / / 201..	KR 1057	
2	RF ABLASYON KATETERİ	1	ADET	 (ay)	SULTAN TEVDİK isimli hastada kullanılmak üzere					 / / 201..	KR 1043	
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		

.....
* İmza

PROF.DR.MUSTAFA ÖZCAN SOYLU

