

## NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI RADYOAKTİF İLAÇ ALIMI

### İhaleye Girecek olan Malzeme

### Miktar

1. Te-99m jeneratör

4 ADET

## RADYOAKTİF MADDELER VE KİTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) 1 no'lu malzeme için fiyat bir jeneratör fiyatı olarak verilecektir. Mo-99/Te-99m radyoaktivite jeneratörü her hafta pazartesi sabahı en geç saat 8.30'da teslim edilmeli ve izleyen çarşamba gününe ya da daha geç tarihe kalibre olmalıdır. Pazartesi günü ilk sağım aktivitesi en az 1000 mCi±%10 olmalıdır. Teklif veren firmalar kalibrasyon tarihinden önceki üç gün, referans tarihi ve bunu izleyen beş gün için elde edilebilecek sağım aktivitelerini orijinal firmanın katalogu ile ayrıntılı olarak belgelendirmelidirler. Jeneratörde farklı hacimlerde sağım yapabilme olanağı bulunmalı ve gerekli sağım aksesuarları ücretsiz olarak verilmelidir. Hasta programına göre istenen jeneratör, firmaya önceden bildirilerek satın alınacaktır. Olağanüstü bir şekilde cihazın arızalanması veya hasta talebinin olmaması durumunda ilgili firma ile temasa geçilerek jeneratör alımı durdurulabilir. Kalibrasyon gününden önce teslimat tercih nedenidir. Jeneratör en az 50 mm kalınlığında kurşunla zırhlanmış olmalıdır. En az 20 sağım şişesi jeneratörle beraber teslim edilmelidir. 1 no'lu malzeme IAEA kurallarına uygun olmalı, kalite kontrolü yapılmış ve belgelenmiş olarak teslim edilmelidir. Jeneratör sıcak laboratuvar sorumlusuna teslim edilecektir. Kullanılmış jeneratörlerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na devri için gereken masraflar ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

Prof. Dr. F. GÜN GÜMÜŞER  
EGÜT NÜKLEER TIP AD  
Dış No: 1987-73  
Tefik No: 50763