

BASINÇ TRANSDUSER SETİ (TEKLi) ŞARTNAMESİ

1. Set, basınç monitorizasyonu için kullanılacak bir sistemdir.
2. Arteriyel basıncı ölçmelidir.
3. Set kendinden yıkama sistemli, tek basınç izleme olanağı sağlamalıdır.
4. Bir adet tek kullanımlık transduser, üçlü musluklar ve basınç hattı içermelidir.
5. **Basınç hattı;** kink-resistan,uçları luer-lock uygulamalı,PVC'den yapılmış olmalıdır.
6. Transducer' den sonra en az 120 ±5 cm' lik basınç izleme hattı, üç yollu musluk ve sonunda 30±5 cm. bir basınç izleme hattı daha olmalıdır.
7. Transduser üzerinde yıkama yapmayı sağlayacak flush mekanizması sıkmalı veya çekmeli olacaktır.
8. Set hastaya bağlanıldığında istendiğinde bolus yıkama yapabilmelidir.
9. -50,+300 mm/Hg basınç aralığında çalışabilmelidir.
10. **Basınç transduserleri ile birlikte hastanemizde kullanılan monitörlere uygun bağlantı kablosu sağlanmalıdır. (Monitörlere uygun bağlantı kablosunu firma getirmez ise uygunluk verilmeyecektir.)**
11. Set; steril paket içerisinde kullanıma hazır biçimde monte edilmiş olmalı ve paket üzerinde son kullanım tarihi olmalıdır.
12. Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir
13. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.
14. Onaylı ürün (barkod) numaraları, ürün ambalajı üzerinde yer almalıdır.
15. Firma her 5 set için bir (1) adet çiftli holder teslim etmelidir.
16. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı