

TEHLİKELİ ATIK TOPLAMA CİHAZI RULO - POŞET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ile birlikte kullanılan rulo – poşet Tehlikeli-Atıkların güvenli bir şekilde toplanmasına uygun yapıda olmalıdır.
2. Rulo – poşet güvenli bir şekilde atıkların saklanması 7 gün boyunca sağlayabilmelidir.
3. Rulo – poşet koku, aerosolları ve sıvı atıkları sızdırmamalıdır.
4. Rulo – poşet içerisine kesici ve delici tıbbi atık atılmamalıdır.
5. Rulo – poşet özel ambalajında olup "Z" katlamaları sayesinde işlem devamlılığının kolaylıkla yapılmasını sağlamalıdır.
6. Rulo – poşet polietilenden imal edilmiş olmalıdır.
7. Rulo – poşet en az 40 metre uzunluğunda olmalıdır.
8. Rulo – poşet uluslararası üretim standartlarına göre imal edilmiş ve kalite belgesi ile bu durum belgelendirilmiş olmalıdır.

Prof. Dr. Gazize GÖNSEL ÖZTÜRK
İç Hast. ve Tıbbi Onkoloji Uzm.
C.B.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.
Dip. Tescil No: 80019