

BRONKOSKOPİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set tek kullanımlık kapalı poşet içerisinde olmalıdır.
2. Poşetin üzerinde üretici firmanın bilgileri başlı olmalıdır.
3. Setin içerisinde nonwomen kumaştan önlük, kağıt havlu , bir adet yetişkin oksijen kanülü ve 80cm-200cm ebatlarında nonwomen kumaştan sedye örtüsü olmalıdır.
4. Önlüğün her bedene uygun ve uzun kollu, bilek kısmı geniş lastikli, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır.
5. Terletmeyen sağlam ve hafif olmalıdır.
6. Önlük en az 50gr nonwomen kumaştan üretilmiş, ön kısmı bariyerli olmalı sıvı temasında sıvıyı içe geçirmemeli ve içini göstermemelidir.
7. Setin içerisinde bir adet rulo havlu peçete olmalıdır.
8. Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalıdır.
9. Yumuşak, şeffaf, tahriş etmeyen non-toksik medikal sınıf PVC'den yapılmış olmalıdır.
10. Maskenin yüze değen kısmı yuvarlatılmış ve düz kenarlı olmalıdır.
11. Kolayca temizlenebilmelidir.
12. Maskenin O₂ giriş yeri ile fluometre arasında ara konnektörü olmalı ve hortum uzunluğu 165 cm $\pm$ 2 olmalıdır.
13. Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalı, arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir olmalıdır.
14. Maskenin her iki yanında fazla O₂ ve CO₂'i çıkaracak delikler olmalıdır.
15. Hortumu kaza ile kırılma bile O₂'ni iletebilme özelliğine sahip olmalıdır.
16. Yüzde rahat durmayı sağlayacak tahriş yapmayan burun üzerine yerleştirilen ince metal mandalı olmalıdır.
17. Maskenin hortum kısmı bağlantı noktası oksijen tüpünün fluometre bağlantı kısmına uyumlu olmalıdır.
18. Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır.

Doc.Dr. Yavuz HAVLUCU
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Göğüs Hastalıkları A.D.
Tescil No: 107127