

B

VAJİNAL SPEKULUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Spekulum dayanıklı, sert plastik materyalden imal edilmiş ve şeffaf olmalıdır.
2. Kullanım kolaylığı için tutma yeri vidalı olmalı ve bu vida yardımı ile spekulum açıklık ayarı yapılabilmelidir.
3. Spekulum şeffaf bir ambalaj içerisinde olmalıdır.
4. Sterilizasyonu GAMMA ışınları ile yapılmış olmalıdır.
5. Sterilizasyon süresi ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
6. Large(Büyük) boyutlu olan 142mm. uzunluğa, 28 mm. genişliğe, Medium(Orta) boyutlu olan 113mm. uzunluğa, 30mm. genişliğe, Small(Küçük) boyutlu olan 100mm. uzunluğa, 23mm. genişliğe sahip olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde boyutlarını gösterir tanımlama ya da yazı olmalıdır.
8. Uygulama noktaları (vücuda temas eden yerler) pürüzsüz ve kaygan olmalıdır.
9. Materyal ve dayanıklılık testleri yapılmış ve belgelerle gösterilmelidir.
10. Uluslararası standartlara ait bir belgeye sahip olmalıdır.

Prof. Dr. Celal M. MAMTAZ KOYUNCU
Cela. ar Üniv. Tıp
Kadı. Ocum 4. B. D.
Dip. No: 2064

KONDOM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Doğal lateks kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Şeffaf olmalıdır.
- 3.Kokusuz olmalıdır.
- 4.Desensiz olmalıdır.
- 5.Spermisid içermiyor olması gerekmektedir.
- 6.Esnek olmalıdır.
- 7.Genişliği 52+/-2 mm. olmalıdır.
- 8.UBB kaydı olmalıdır.
9. Malzemelerin fiyat teklifinde sağlık uygulama tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur

Prof. Dr. İsmail Mümtaz KOYUNCU
Cela... ar Üniv. Tip
Kadı... egum A.B.D.
Dip. No: 2064