

THORACIC DRENAJ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter, plevral drenaj amaçlı dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Kateter direnci yüksek PVC materyalinden yapılmış olmalıdır.
3. Kateter transparan/şeffaf ve radyopak olmalıdır.
4. Kateterin distal ucunda plevral drenajın kolaylıkla yapılabilmesi açısından 2 adet delik bulunmalıdır.
5. Thoracic drenaj kateteri kullanıcının isteğine göre 8,10,12 F ve 16 F, 25 cm; veya 20 ,24,28 cm olarak değişik ölçülerde seçilebilmelidir.
6. Katetrin üzerinde 12 ve 16 F için 2 cm'den 14 cm'e kadar her iki cm'de bir işaretler bulunmalıdır. 20,24F ölçüleri için 2 cm'den 24 cm'e kadar her iki cm'de bir işaretler bulunmalıdır.
7. Ürünler tek tek steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
8. Malzeme üzerinde son kullanma tarihi mevcut olmalıdır.
9. Ürün uluslararası kalite belgelerinden en az birine haiz olmalıdır.