

TIBBİ ATIK KOVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi atık kovası; kesici ve delici, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar, enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiler vb. atıkların güvenli bir şekilde atılmasını sağlayacak ve içinde biriktirdiği atıklarla imha edilmek üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Malzeme üç (3) parçadan oluşmalıdır.(1 kova, 1alt kapak ve 1 üst kapak)
3. Üst kapak oynar başlı olmalıdır.
4. Üst kapak kilitli tırnak sistemli olmalıdır.
5. Üst kapak kilitlendiğinde kesinlikle açılmamalıdır.
6. Alt kapakta tutma kulpu olmalıdır.
7. Alt kapak kapatıldığında kesinlikle açılmamalıdır.
8. Alt kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabileceği tırnak olmalıdır.
9. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddeden imal edilmiş olmalıdır. Ortam sıcaklığında deforme olmamalı ve yanarak imha edilmelidir.
10. Tıbbi atık kovası delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya dayanıklı, su geçirmez, sızdırmaz olmalıdır.
11. Tıbbi atık kovası rengi uluslar arası standartlara uygun olmalıdır. Gövde rengi sarı renkte, kapak rengi kırmızı renkte, üst kapak kırmızı ya da sarı renkte olmalıdır.
12. Tıbbi atık kovasının hacmi 1 lt - 1.5 lt – 7.5 lt ve 30 lt olmalıdır.
13. Tıbbi atık kovasının üzerinde "Uluslar Arası Biyotehlike" sembolü, ile DİKKAT, KESİCİ ve DELİCİ, TIBBİ ATIK ibaresi bulunmalıdır.
14. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde olmalıdır.
15. Ürünler mukavva koli içerisinde poşetli ambalajında olmalıdır.
16. Kullanım sırasında kovalarda hatalar görülmesi durumunda; firma tüm sorunlu kovaları şartnameye uygun olarak yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
17. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
18. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
19. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Feryal Karakul ÇNH
Sağlık Hizmetleri Müdürü