

TıBBİ ATIK KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır.**
- 2. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.**
- 3. Tıbbi atık kutusu delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya dayanıklı, su geçirmez, sızdırmaz olacaktır.**
- 4. Tıbbi atık kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi sarı olacaktır.**
- 5. Tıbbi atık kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktır.**
- 6. Tıbbi atık kutusunun kapağı üzerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır.**
- 7. Tıbbi atık kutusunun taşınmasını kolaylaştırmak için kapağın iki tarafında kendinden tutamaçları olacaktır.**
- 8. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaktır.**
- 9. İç kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabileceği tırnak olmalıdır.**
- 10. Tıbbi atık kutusunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde tıbbi atık (UKA) sembolü olarak bulunmalıdır.**
- 11. Tıbbi atık kutusunun hacmi 7,5lt-30lt arası muhtelif olmalıdır**
- 12. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.**
- 13. UBB ve ÜTS kaydı olmalıdır.**

Doç.Dr. Burcu ARZON, ULKUMEN
Celal Bayar Üniversitesi
Kadın Hastalıkları Doç. Dr.
Dip. No: 80142