

## TRANSKATATER AORTİK SELF EXPANDABLE KAPAK TEKNİK ÖZELLİK

(KR2022)

1. Kapak üç leaflet yapısına sahip ve leafletler sığır (Bovine) perikard dokudan yapılmış olmalıdır.
2. Kapak stenti nitonal materyalden olmalıdır.
3. Kapak (tam geri çekilim) full resheatable yapısına uygun olmalıdır.
4. Stent kendiliğinden genişleyen (self expandable) olmalıdır.
5. Stent yapısı kapağın takılmasından sonra koroner girişimlere elverişli geniş aralıklı bir yapıya sahip olmalıdır.
6. Kapak ölçüleri 23mm ve 25mm seçeneklerinde olmalıdır.
7. Kapak sistemi, yükleme ve taşıma sistemi ile birlikte kullanılmalıdır.
8. Kapak sistemi Transfemoral yöntem ile kullanılabilir olmalıdır.
9. Kapak sisteminde bulunan taşıma sistemi operasyon sırasında kapağın %80 oranında açılmasına uygun ve gerektiği durumda taşıma sisteminin (sheath) içine %100 oranında geri çekilebilir bir yapıya sahip olmalıdır.
10. Kapak sistemi operasyon sırasında kapağın gerekli görülmeli durumunda tekrar konumlandırılabilir olmalıdır.
11. Ürün hastaneye teslim tarihinden itibaren en az 6(altı) ay miatlı olmalıdır.
12. Kapak sistemi CE belgesine sahip olmalıdır.

38576 87235  
Prot.Dr. Ayaz BILGE  
Kalp Hastalıkları Uzmanı



**MANİSA  
CELAL BAYAR  
ÜNİVERSİTESİ  
HAFSA SULTAN HASTANESİ**

## **MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU**

(C.I.A.D.Y.C.R.S.), ANABSIM SAUZ. (ANSIC.2A.B.)

Sıhhiye Bulvarı Birimi İsmi Yenilendirildi

~~Prof.Dr. Ali Rıza BİLGİ  
Kap Hastalıkları Uzmanı  
38576 57235  
Bilgi~~

\* *Mitende Buh*

~~Za BİLGE  
ari Uzmanı  
7235~~

Die Wiedereinführung

1122