

SUT KODU: KR2022 – TRANSKATETER AORT KAPAK SELF-EXPANDABLE SET  
İŞLEM KODU: 700944

1- TRANSKATETER AORT KAPAK SELF-EXPANDABLE

- Stent materyali nitinol, kapak materyali kalp zarından üretilmiş olmalıdır.
- Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) olmalıdır.
- Kapak içbükey şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 18mm'den 29mm'ye kadar değişen annulus çapları bulunan hastaları tedavi edebilecek şekilde, kapakların proksimal çapları sırasıyla 23mm, 26mm, 29mm ve 34mm olmalıdır.
- Kapak supra-annular çalışmalıdır.
- Yeni nesil kapaklar 14Fr eşiti sistem ile çalışmalıdır.
- Yeni nesil kapaklar tamamen toplanabilir ve geri çekilebilir özelliğe sahip olmalıdır.
- Kapağın yapısı üç lifletli bir konfigürasyonda sütürlenmesiyle imal edilmiş olmalıdır.
- Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olacak ve steriliteyi bozacak delik ve/veya yırtık bulunmamalıdır.
- Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- Tedarikçi firma ürün tesliminden sonra gerektiği takdirde teslim edilmiş malzemeyi değişik ölçülerdeki malzemelerle en kısa sürede (3 gün içerisinde) değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- Uluslararası kabul görmüş kalite standartlarının en az birine sahip olmalıdır (ISO, FDA, CE).

Transkateter Aort Kapak Self-Expandable ile birlikte taşıma sistemi, yükleme sistemi, balon ve introducer sheath bedelsiz olarak verilecektir.

Prof. Dr. Ali Rıza BİLGE  
Kalp Hastalıkları Uzmanı  
38576 37236