

TRAKEOTOMİ KANÜLÜ (11 mm) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gümüş kaplama olarak yapılmış olmalıdır.
2. İç ve dış kanül olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
3. 134°C buharlı basınç otoklavında steril edilebilmelidir.
4. İç ve dış yüzeyi pürüzsüz olup, kolay yıkanır ve kir tutmaz özellikte olmalıdır.
5. Kanül iç çapı 11 mm olmalıdır


CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAST.
Doç. Dr. Gökem ESKİZMİR
K.B.B. AbD
Dip. Teccil No: 93928 Üzm. Teccil No:65428