

TURNİKE KİT TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Turnike kit medikal PVC'den yapılmış olmalıdır.
2. Turnike kitin uç kısmı travma yaratmayacak şekilde yuvarlatılmış olmalıdır.
3. Turnike kitin üst kısmında PVC'den yapılmış kapak olmalı ve bu kapak dikiş ipliklerini sıkıştırabilmelidir.
4. Turnike kit 1 adet kırmızı, 1 adet mavi ve 3 adet şeffaf turnike'den oluşmalıdır.
5. Turnike kitlerin her birinin uzunluğu 17,5 cm olmalıdır.
6. Paket içerisinde bir adet paslanmaz çelikten yapılmış Turnike teli olmalıdır.
7. Paketler etilen oksit gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Mustafa CERRAHOĞLU

