

DEİYONİZE SU SİSTEMİ İÇİN TABLET TUZ ŞARTNAMESİ

- 1.DİYALİZ ÜNİTESİ SU ARITIM SİSTEMİNİN REJENERASYONUNDA KULLANILABİLİR OLACAK.
- 2.KALİTELİ RAFİNE EDİLMİŞ TUZDAN YAPILMIŞ OLMALI,İÇERİĞİNDE REÇİNE,FİLTRE VE MEMBRANLARI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEK (TORTU,KİL,ÇAMUR,KUM VS.)YABANCI MADDELER İÇERMEYECEK.
- 3.25KG'LIK POLİPROLEN JÜT ÇUVALLARDA TABLET ŞEKLİNDE OLMALIDIR.
- 4.FİRMALAR İHALE TARİHİNDEN EN AZ BİR HAFTA ÖNCE YETERİ KADAR TUZU TUTANAK KARŞILIĞI DİYALİZ SERVİSİNE VERİLMELİDİR.
- 5.TSEK BELGESİNE GÖRE RAFİNASYON SİSTEMİYLE ÜRETİLMELİDİR
- 6.HIFZISIHHA RAPORUNA GÖRE MUHTEVİYATINDA YAKLAŞIK OLARAK;

NaCl:%99.7

NEM:%0.1

Ca:%0.01

Mg:%0.005

Cu:%0.001

Hg:%0.0000002

Fe:%0.0001

FRANSI SERTLİĞİ:%25

pH:7

Prof.Dr.Seyhan KURŞAT
C.B.U.T.F. İç Hastalıkları AD
Nefroloji BD
Din. Teş. No:36583