

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ, 3 BOYUTLU KOMPLEKS HARİTALAMA KATETERİ (KR 3010)

- Kateter, kardiak elektrofizyolojik çalışmalarda atrium ve ventrikülde kullanım için endike edilebilmelidir.
- Kateter üzerinde bulunan 20 elektrod ile, kardiak alanda, aynı anda pek çok nokta haritalanabilir, bu sayede vaka ve floroskopi zamanı azalabilmelidir.
- Kateter üzerinde bulunan 1mm genişliğinde elektrodlar sayesinde yüksek sinyal çözünürlüğü elde edilebilmelidir.
- Endokardium ile temasta bulunan 3F kalınlığında, atravmatik ve esnek 5 tane kolu bulunmalıdır.
- Yıldız şeklindeki esnek kollar sayesinde, yüksek yoğunlukta haritalar oluşturabilmelidir.
- Kullanım kolaylığı sağlayan konnektör sayesinde, kullanıcı kateteri CARTO3 3D haritalama sistemine rahatlıkla bağlanabilmelidir.
- Kateteri 2 farklı platformda elektrod yerleşimi; 4-4-4 ve 2-6-2 ve 2 farklı uç eğitimi; F ve D sunabilmelidir.
- Kateterin gövde kalınlığı 7F, boyu da 115cm olmalıdır.
- Kateter irrigasyonlu olmalıdır.

Doç.Dr. Bekir Serhat YILDIZ
CBÜ Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip.Tes.No: 87/92-119810
Dip.No: 11111

**3 BOYUTLU HARİTALAMA KATETERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (CONTACT FORCE)
(KR1045)**

1. Kateter 6 elektrodudur.
2. Kateter elektrod dizilimi 1-6-2 şeklindedir.
3. Kateter uzunluğu 115cm'dir.
4. Kateter üzerinde bulunan noktasal deliklerden sıvı akışı sağlayarak irrigasyonlu RF ablasyon yapabilmektedir.
5. Kateter ucunda bulunan koiller (manyetik sensör) sayesinde elektroanatomik mapping cihazı ile haberleşip anatomik mapping yapmaya olanak sağlar.
6. Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlar.
7. Kateter üzerinden RF enerji verilebilir.
8. Kateter kalınlığı 8F'tir.
9. Kateter uç elektrodu 3.5mm'dir.
10. Kateterin uç elektrodunda thermocouple sensör bulunmaktadır.
11. Kateterin uç kısmında bulunan yay ve sensörler sayesinde doku temasını uyumlu cihazda sayısal değer olarak gösterebilmektedir.
12. D, F ve J olmak üzere uni-directional ve D-F ve F-J olmak üzere bi-directional curve seçeneklerine sahiptir.

Doç.Dr. Bekir Şenhat YILDIZ
CBÜ Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip.Tes.No: 87/92-119810
Dip.No: 11111

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(KARDİYOLOJİ ABD. ANJİYO LABORATUVARI)



S N .	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	(Varsa) En Son Alım					SUT Kodu	SUT Fiyatı
						De po Sto k Du ru mu	Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	
1	3 BOYUTLU HARİTALAMA KATETERİ (CONTACT FORCE)	1	ADET	 (ay)	TAHİR GÜLEZ isimli hastada kullanılmak üzere						 / / 201..	KR1045
2	YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ, 3 BOYUTLU KOMPLEKS HARİTALAMA KATETERİ	1	ADET	 (ay)	TAHİR GÜLEZ isimli hastada kullanılmak üzere						 / / 201..	KR3010
				 (ay)							 / / 201..	
				 (ay)							 / / 201..	
				 (ay)							 / / 201..	
				 (ay)							 / / 201..	
				 (ay)							 / / 201..	
				 (ay)							 / / 201..	
				 (ay)							 / / 201..	
				 (ay)							 / / 201..	
				 (ay)							 / / 201..	
				 (ay)							 / / 201..	

018611-26448 : 018611-26448
YIL 2012
ZİLHİYYE 1433
Doç. Dr. Bekar