

TEE KİT SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürün fiberoptik endoskop cihazını ve/veya tranözefageal eka probunu koruma amaçlı olmalıdır.
- 2- Ürün lateks içermemelidir.
- 3- Paket içerisinde 10 ml enjektör, jel,ısıрма parçası, kılıfı endoskopa ve/veya transözefageal eka probuna sabitleme parçası ve transözefageal eka probu kılıfı olacaktır.
- 4- Kılıf probun ultrasonik özelliklerini etkilemeyecek özellikte olmalıdır.
- 5- Bir adet numune ve katalog /broşür kontrol amaçlı verilmelidir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
- 6- Tekli paketler halinde steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 7 - TEE prob kılıfı en az 70 cm olmalıdır.
- 8-: Ambalaş üzerinde son kullanma tarihi belirtürnelidir.
- 9-. CE belgesine sahip olacak, CE amblemini paket üzerinde taşıyacak, yerli üretimde TSE belgesine sahip olacak, firma UTS bilgilerini beyan edecektir.

Prof. Dr. Ali Rıza BİLGE
Kalp Hastalıkları Uzmanı
388 76 37235

Dr. H. KARADAĞ YALÇIN
Genel Hemşire