

STERİLİZASYON RULOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sterilizasyon rulolarının bir tarafı en az 60g/m2 ağırlığında medikal kraft kağıt, bir tarafı kopolimer filminden imal edilmiş olacaktır.
2. Sterilizasyon rulolarının kenar kaynak direnci averaj değeri en az 3 (üç) Newton olduğu belgelenecektir.
3. Film şeffaf, kağıt mavi olmalıdır.
4. Açılırken kağıttan partikül koparmaması için rulo üzerinde açılış yönü belirtilmiş olacaktır.
5. Sterilizasyon rulusunun üzerinde buhar, etilen oksit ve isteğe göre formaldehit işlem indikatörleri bulunacaktır.
6. Bariyer kısmı en az 3 (üç) sıra veya en az 7 (yedi) mm kalınlığında olacaktır.
7. Sterilizasyon rulosu ile ilgili bilgiler bariyer kısmında bulunacak, diğer bölgelerde herhangi bir yazı olmayacaktır.
8. Sterilizasyon ruloları üzerinde lot numarası, ebat ve standartlarla ilgili bilgi olacaktır.
9. Rulolar 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30cm (± 1 cm) eninde 100mt ve 200mt (± 5 mt) boyundan, rulo halinde olmalıdır.
10. Rulolar TSE Belgesi'ne haiz olacaktır.
11. Ruloların raf ömrünü belirten bağımsız klinikten alınmış rapora haiz olmalıdır.
12. Film beş katlı olmalıdır. Filmin beş katlı olduğu Türkiye'de Akredite edilmiş bir kurum veya üniversiteden alınma test raporları ile sunulmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFİ
CBÜTF Akad. ve Res. AD
Dinlemezler Cad. No: 100000
100000