

TEKLİ PUMP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 - SETİN SERUMA GİREN KISMI KESKİN KIRILMAYACAK KADAR DAYANIKLI OLMALI
- 2 -HAVA GİRİŞİNDE BAKTERİ FİLTRESİ BULUNMALIDIR.
- 3 -SETLER EN AZ 230CM UZUNLUGUNDA OLMALI VE ŞEFFAF RENKLİ OLMALIDIR.
- 4 -SET STERİL, TEK PARÇA OLMALI, BÜKÜLDÜĞÜNDE ESKİ HALİNİ ALMALIDIR.
- 5 -SETLER KULLANILACAĞI POMPALAR İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLMELİDİR. CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLER TESLİM EDİLECEK OLAN SETLERİN KULLANIMINA UYGUN OLMALI VE HASTAYA VERİLECEK OLAN MAYİNİN , HASTA GÜVENLİĞİNE VE HASTA KONFORUNA UYGUN OLMALIDIR. HASTAYA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE TASARLANMIŞ OLMALIDIR.
- 6 1-20 000 ADET ŞEFFAF POMPA SET TEKLİFİNDE BULUNAN FİRMALAR, **200 ADET SIFIR** İNFÜZYON POMPA CİHAZINI , KULLANIMA SUNACAKLARDIR.BU CİHAZLAR EN SON TEKNOLOJİK GELİŞMİŞ MODEL OLACAKTIR. CİHAZLAR KULLANIM AMACI İLE TESLİM EDİLİRKEN ,İNFÜZYON SETLERİNİN KULLANILACAĞI VE HASTANE İDARESİNİN BELİRTECEĞİ ÜNİTELERE CİHAZLAR KURULACAKTIR , CİHAZLARA AİT KALİBRASYON BELGELERİ TESLİM EDİLECEKTİR.
- 7 POMPALARIN BAKIM VE ONARIMI İLGİLİ FİRMAYA AİTTİR. ARIZALANAN CİHAZLAR 4 (DÖRT) GÜN İÇERİSİNDE TAMİR EDECEKLERDİR. ARIZA GİDERİMİNİN 4 GÜNÜ AŞACAĞI DURUMLARDA , FİRMA YERİNE YENİ BİR CİHAZ VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.
- 8 CİHAZ, 0,1-1200ML/SAAT HIZINA KADAR İNFÜZYON YAPABİLMELİDİR. CİHAZDA 0,1-9999ML ARASINDA GİDEN VÖLÜM AYARLANABİLMELİDİR. ELEKTRİK KESİLMELERİNDE CİHAZIN HER TÜRLÜ AKÜ VE DEVRESİ OLMALI, CİHAZIN HER TÜRLÜ KULLANIMI İLE İLGİLİ ALARM SİSTEMİ OLMALIDIR.
- 9 CİHAZ AĞIRLIĞI EN FAZLA 2,2 KĞ OLMALIDIR. CİHAZIN DİLİ TÜRKÇE OLMALIDIR.
- 10 SETTE, İ.V. İLAÇ UYGULAMALARININ YAPILABİLMESİ İÇİN Y PORTUNA SAHİP OLMALIDIR. SET UCUNDA KORUYUCU KAPAK BULUNMALIDIR.
- 11 5 ADET NUMUNE İHALE ÖNCESİ VE 1 ADET SIFIR CİHAZ DENENMEK ÜZERE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 12 2 ADET ŞAHİT NUMUNESİ İHALE ÖNCESİ AYRI TESLİM EDİLECEKTİR.

CBU
Hemşirelik Hiz. Mdr. Yard.
Birgül KARACA