


## **Koroner Kalp Kateteri Diagnostik 5F ve 6F**

- 1- Birebir tork özelliği göstermelidir.
  - 2- Biyokompetibl malzemeden üretilmiş olmalıdır.
  - 3- Sol koroner kateterler Judkins, Amplatz ve Amplatz MOD şekillerinde olmalıdır. Sol koroner kateterler Judkins şekli için 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 ve 6.0 cm'lik sekonder curve ölçülerinde olmalıdır. Amplatz şekli için 1,2 ve 3 ölçülerinde olmalıdır.
  - 4- Sağ koroner kateterler Judkins, Judkins MOD, Amplatz, Amplatz MOD, 3DRC, SRC, Williams ve NTR şekillerinde olmalıdır. Sağ koroner kateterler Judkins şekli için 3.5, 4, 5.0 ve 6.0 sekonder curve ölçülerinde olmalıdır. Amplatz için 1, 2 ve 3 şeklinde sağ kateterler belirtilen sayıarda temin edilecektir.
- 
- 5-Trombojeniteyi azaltmak ve kayganlığı artırmak için üstü uygun bir maddeyle kaplanmış olmalıdır.
  - 6- Proximal uç bir hub ihtiyaç etmeli burada kateter ile ilgili bilgi bulunmalıdır.
  - 7-En az 100cm uzunlukta, high flow olmalı, 1200 psi basınçta dayanabilmelidir.
  - 8- Kateterin iç çapı en distal hub kısmından en proksimal ucuna kadar aynı olmalı ve bu şekilde kontrast jetine engel olarak daha yumuşak bir kontrast akımı sağlayarak kateterin stabilitesini sağlamaya yardımcı olmalıdır.
  - 9- Kateterin gövdesinin tamamı en uç primer curve kısmındaki 2mm'lik yumuşak bitime kadar tel örgülü yapıda olmalıdır. Çift tel örgü varlığı tercih sebebidir.
  - 10- En uç 2mm'lik yumuşak kısım dışında kateterin tamamı pebax, nylon, nylon-vestan ya da poliüretan materyalden üretilmiş olmalıdır.
  - 11- Kateter 5F ve 6F ölçülerinde olmalıdır. Alınacak 5F ve 6F kateter sayısı kliniğin gereksinimleri doğrultusunda ihaleyi kazanan firmaya bildirilecek ve gerektiğinde değişim işlemi yapılacaktır. 5F kateter için iç lumen çapı en 0.045 inç, 6F kateter için lumen çapı en az 0.056 inç olmalıdır.
  - 12- Kateterin koroner arter ağzına oturan en uç primer curve kısmı damar hasarını engelleyecek yapıda olan çok yumuşak materyalden yapılmış ve radyo-opak yapıda olmalıdır.
  - 13- Koroner kateter uzunluğu 100cm olmalıdır.



Prof.Dr. Ali Rıza BİLGE  
Kalp Hastalıkları Uzmanı  
38576 - 37255

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(Antijeksen Laboteratuarı )  
*İsteğin konusunu belirlemek istedim.*

Evet

S.N.	Malzememin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İstegin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu	(Varsa) En Son Alım			
							Ara Yeri	Miktarı	Fiyatu	Tarih
1	Sag - sol Kalp Kofeteri Oncoqnostik	1000 adet	adet	..... (ay)	Antijeksen Lab - bulanıklık derece .	Yok	..... / .... / 201.. ..... / .... / 201..	..... / .... / 201.. ..... / .... / 201..	..... / .... / 201.. ..... / .... / 201..	