

PC-9 10/0 SÜTÜR

1. PC-9 tipinde, 1/4 daire, 0.23 mm. kalınlığında, 15.30 mm. uzunluğunda, lup iğneye sahip olmalı ve bu bilgiler ürünün üzerinde veya orijinal kataloğunda yazılı olmalıdır.
2. Mavi renkte monofilaman 10/0 poli-propilen yapıda olmalıdır. suture uzunluğu en az 20cm. olmalıdır.
3. Çift steril ambalaj içinde olmalıdır.
4. Ürünün UBB kodu olmalı ve ürünün üzerinde yazılı olmalıdır.
5. Suture sterilizasyonu koruması için alüminyum veya karton poşette olmalıdır ve karton poşetler jelatinle kaplanmış olmalıdır.
6. İç ambalaj özel laklı kağıt ve pvc'den bilister olarak dış ambalaj ise bir yüzü şeffaf diğer yüzü özel laklı kağıttan imal edilmiş olmalıdır.
7. İç alüminyum folyo /karton ambalaj şarteli açılma yerinden açıldığında iğnenin portegü ile tutulması için kapak açıldığında /yırtıldığında iğne görülebilmelidir.
8. Ürünün paketi üzerinde iğne modeli, iğne daire ölçüsü, suture kaç cm olduğu yazılı olmalıdır. Bu yazılar yapıştırma sticer olmamalıdır.
9. Ürünleri miatları teslim tarihinden itibaren 3 yıl olmalıdır.
10. Sağlık Bakanlığı ÜTS 'de kayıtlı olmalıdır.


İsa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastanesi
Muhammed ALTINIŞIK
Göz Hastalıkları A.B.D.
Dip. No: 153808