ANESTEZİ MASKESİ (NO: 2-3-4-5) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske çok kullanımlık (reusable) olmalıdır.
2. Değişik boylarda (No:2-3-4-5) temin edilebilmelidir.
3. Anestezi maskesi anti statik özellikte olmalıdır.
4. Maske silikondan yapılmış olup; şeffaf olmalıdır
5. Maskenin kanca kısımları 90 derece açılı ve her numara için ayrı bir renk koduna sahip olmalıdır.
6. Maskede kullanılan malzeme larex içermemeli ve alerjik reaksiyon göstermemelidir.
7. Silikon maske 140 dereceye kadar ve en az 50 defa otoklâvlaşabilmelidir.
8. Anestezi maskesi cc sertifikasına ISO 9001:2000 ve ISO: en 13485 belgelerine sahip olmalıdır.
9. Maskede kullanılan malzeme yumuşak materyalden kotayı rahatsız etmeyecek malzemeden yapılmış olmalıdır.
10. İhaleye girecek olan firmanın ISO ve CE belgesi bulunmalıdır.
11. Ürün ambalajı üzerinde marka ve katalog numarası belirtilmiş olmalıdır.
12. Anestezi maskesinin TITUBB Tıbbi cihaz yönetmeliğine göre T.C Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.

Yrd.Doç.Dr.Arzu K...
CBÜTF Anestezi Ana...