

IMMUNOCAPTURE COOMBS'LU BRUCELLA TESTİ


Test aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:


1. Test anti brucella antikokurunu coombs antikoru kullanarak immunocapture yöntemiyle tespit etmelidir.
2. Serum veya plazma örneklerinde çalışmaya uygun olmalıdır.
3. Mikrokuyucuklar IgG, IgA ve IgM sınıfı antihuman antikorları ile kaplı olmalıdır.
4. Brucella antikoru tespiti için B. melitensis ve B. abortus antijenleri kullanmalıdır.

Testlerin temin eden firma aşağıdaki şartları kabul etmelidir:

1. Testlerin hazırlanması ve çalışması için gereken kimyasal malzemeler, özel ekipmanlar kit ile birlikte verilmelidir.
2. Teklif edilen kitlerin raf ömrü, satın alındığı tarihten başlayarak en az 12 ay olmalıdır. Raf ömrünü tamamlamasına 2 ay kalan kitler önceden haber verilerek ilgili firma (ihaleyi alan firma) tarafından daha uzun olanlarla ücretsiz değiştirilmelidir.
3. Kitlerin içinden çıkan reaktifler yetmediği veya bozuk çıktığı takdirde, sorunlu ürünler ücretsiz olarak sağlanmalıdır.
4. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı teklif verilen kitlerin transport, kötü koşullarda saklanma, kit içeriklerinde fiziksel hasar dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. İlgili firma tüm durumlarda Anabilim Dalı tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içinde kitleri ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir. Benzer biçimde, kit içeriklerinin bildirilenden eksik çıkması durumunda ilgili firma tüm eksiklikleri öngörülen test çalışma koşullarına uygun biçimde gidermekle yükümlüdür.

Test sayısı : Toplam 12.000 (oniki bin) kuyucuk içeren kit


Doç. Dr. Talat ECEMİŞ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip.Tes.No: 55319


Prof. Dr. Sinem ECEMİŞ
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Dip.Tes.No: 69173 Uzmanlık Tes. No: