

6 7 1036

ÖN VİTREKTOMİ PROBU

1. Hastanemiz bulunan Alcor marka fako cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Set; içinde bir adet cihaza bağlanan hava hattı ve bir adet aspirasyon hattının bulunduğu ön vitrektomi probuna sahip olmalıdır.
3. Paket içinde ayrıca bir adet istenildiğinde irrigasyon hattına takılıp kullanılabilmesi için irrigasyon kanülü olmalıdır.
4. Cihaz bu prop ile 10-2500 kesi arası ön vitrektomi yapabilmelidir.
5. Yukarıda adı geçen tüm sarf malzemeler, özel olarak imal edilmiş, mukavim, plastik bir kutu içerisinde, steril olarak bulunmalıdır.
6. Paket üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri mutlaka bulunmalıdır.
7. Paket nereden güvenle açılabileceğini gösterecek şekilde yapıştırılmış olmalıdır.
8. Prob cihazın üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır.
9. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miatlı olmalıdır.
10. Orijinal ürün dışında ürün teklif eden firma cihazın arızası durumunda cihazın yetkili servisine ücreti teklif veren firma tarafından ödenmesini ifade eden noter tastikli belge verecektir. Ayrıca cihazın tamir süresince aynı cihazdan hastanemize kullanılmak üzere bedelsiz cihaz bırakacaktır.
11. Ü.T.S. ye kayıtlı olmalıdır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hafsa Sultan Hastanesi
Op. Dr. Muhammed ALI
Göz Hastalıkları A.B.D.
Dip. Tesc. No: 153808

621033

FAKO KASET

1. Hastanemizde bulunan Alcon marka fako cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Kaset 1 adet yüksek vakumlara dayanıklı tubing kalınlaştırılmış pvc bazlı kaset içermelidir.
3. Kaset 1 adet cihaz tepsisinin üzerini kaplamak üzere dizayn edilmiş ve uygulama sırasında ellerin bulunması gereken konum üzerinde belirtilmiş steril naylon torba içermelidir.
4. kasetin üzerine "sealed" yapışık bağlantılı olarak irrigasyon. Aspirasyon ve damlacık odacıklı serum seti içermelidir.
5. İrrigasyon ve aspirasyon hattı konnektörleri cihazın us hp uygun olarak yanlış bağlantıya imkan vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
6. İrrigasyon ve aspirasyon hatları farklı renklerde olmalıdır.
7. Yukarıda adı geçen tüm sarf malzemeler, özel olarak imal edilmiş, mukavim, plastik bir kutu içerisinde, steril olarak bulunmalıdır.
8. Kaset üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri mutlaka bulunmalıdır.
9. Kasetin nereden güvenle açılacağını gösteren bir işaret bulunmalıdır.
10. Cihazda kullanılan handpiecelere uygun farklı kaset seçenekleri olmalıdır.
11. Kaset cihazın üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır.
12. Kasetlerin miatları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miatlı olmalıdır.
13. Orjinal ürün dışında teklif veren firma, cihazın malzemenen kaynaklanan arızası durumunda cihazın yetkili servisine ücreti mukabili tamir ettireceğini belirten noter tasdikli belge verecektir. Ayrıca cihazın tamiri süresince kullanılmak üzere hastanemize aynı cihazı bırakacaktır.
14. Ü.T.S. ye kayıtlı olmalıdır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hafsa Sultan Hastanesi
Op. Dr. Muhammed ALTINTIŞ
Göz Hastalıkları A.B.D.
Dip. Tes. No: 153808