

DISPOSABLE ENDOSKOPIK ORTA/BÜYÜK BOY KLİP ATICI 10 MM

1. Disposable ve orijinal ambalajında olmalıdır
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Endoskopik klip atıcısının şaftı 10 ± 1 mm çapında olmalıdır.
4. Endoskopik klip atıcı içinde 20 ± 2 adet titanyum klip bulunmalıdır.
5. Klipin dokuda kapanmadan önceki çene ağız açıklığı 4. 50 mm , kapandıktan sonraki uzunluğu 9.0 mm olmalıdır.
6. Klip yüklemesi için mekanizma tam otomatik olmalı lümen ve ya doku üzerine pozisyonlama yapıldıktan sonra tutacın sıkılması ile klip kapanışı sağlanmalıdır. Ayrıca Endoskopik klip atıcısının yükleme ünitesi, vaka sırasında hekime istediği zaman yükleme ve tekrar istediği zaman ateşleme opsiyonu sunmalıdır. Bu özellik ile hekim klip kaybı yaşamadan ligasyon yapabilmelidir.
7. Endoskopik klip atıcısının şaft uzunluğu 29 ± 1 cm olmalıdır.
8. Endoskopik klip atıcısının şaft aksamının tamamı elektrocerrahi kullanımlarda kuplaj riskini azaltmak için yalıtkan , şaft yüzeyinin üst kısmı , endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için mat ve alt kısmı ise klip atıcısının içerisindeki kliplerin kullanıcılar tarafından sayılabilmesi için saydam olmalıdır.
9. Endoskopik klip atıcısının çenesi görüş kolaylığını sağlamak üzere açılı dizayn edilmiş olmalıdır.
10. Endoskopik klip atıcısında bulunan kliplerin dokuda kapandıktan sonra kaymaması için üzerindeki girinti ve çıkıntıların birbirine kenetlenmesini sağlayan kilitleme sistemi bulunmalıdır.
11. Endoskopik klip atıcısındaki kliplerin bittiği saydam şaft üzerindeki pencerede renkli indikatörün görülmesi ile tespit edilebilmelidir.
12. Endoskopik klip atıcısı 360° rotasyon özelliğine sahip olmalıdır.
13. Endoskopik klip atıcısında bulunan klipler bittiğinde , boş çenenin doku etrafını sıkarak travma yaratmasını önleyecek koruyucu sistem olmalıdır.
14. Steril paketlenmiş malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
15. Tıbbi cihaz yönetmeliğine göre paket , kutu ve prospektüs üzerinde malzemenin kendi dilinde ürünün tam ismini bulundurmaktadır.
16. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermemelidir.
17. Tıbbi cihaz satınalma işlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir.