

PERFORELİ KODLAMA STRİPLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1. Bölümümüzde kullanılan cerrahi alet ve malzemelerin birbirinden ayırt edilmesi için tasarlanmış olmalıdır.**
- 2. Stripler uygulandığı yerden çıkmayacak özellikte olmalıdır.**
- 3. Stripler otoklav, sterilizatör ve dezenfektandan etkilenmemelidir.**
- 4. Stripler değişik renklerde ya da kodlarda olmalı, uygulamada sınıf ayırımı yapılabilmelidir.**
- 5. Stripler muhafazalı bir poşette en az 250adet olmalıdır.**
- 6. Strip uygulaması tedarikçi firma tarafından yapılmalıdır.**
- 7. CE belgeli olmalıdır.**
- 8. Ürüne teklif veren firma istem yapan klinikten onay aldıktan sonra ürüteslimini yapmalıdır.**

Prof.Dr. Ömer TETİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı