


Dolgu maddesi Teknik şartname

1. Enjektörler steril olmalıdır.
2. Uygulamaya hazır enjektörlerde paketlenmiş olmalıdır.
3. İntradermal ve subdermal uygulamaya uygun olmalıdır.
4. PH ve fizyolojik açıdan dengelenmiş olmalıdır.
5. Hyalunorik asit içermelidir.


Prof. Dr. İsmail İNANIR
C.B.U. Dermatoloji A.D.
Diploma Tescil No:59997


Doç. Dr. Gülsüm GENÇOĞLAN
65682 05094
C.B.U. Dermatoloji A.D.