

## MIKRO TESLİM KATETERİ, (EMBOUZAN AJAN UYUMLU)

### TEKNİK ÖZELLİK

- 1) Venöz damarların perkütan yolla ven lümeni içerisinde kapatılması işlemi için uygun olmalıdır.
- 2) Mikro teslim kateterinin uç kısmı kapalı olup atravmatik yapıda olmalıdır.
- 3) Mikro teslim kateterinin kapalı uç kısmında 10 mm uzunluğunda radioopak , ultrasonografik ve anjiografik ekojenitesi yüksek marker bulunmalıdır.
- 4) Mikro teslim kateteri radial embolizan ajan iletimini sağlayabilen 100µ -300µ çapında mikroporlar içermeli ve kateter embolizanı direkt karşıya iletmemelidir.
- 5) Bütün işlem malzemeleri ile birlikte disposable ve steril olarak son kullanıcıya teslim edilmelidir ve eksternal bir cihaz kullanımı gerektirmemelidir
- 6) Fasilalı ve sürekli modda çalışabilen tabanca set içerisinde olmalıdır..
- 7) Set içeriğinde 90 cm venöz kateter bulunmalı. Kateter her cm den işaretli rakam marker bulunmalıdır.
- 8) Set içeriğinde side port kateter, dilatör ve kılavuz tel bulunmalıdır
- 9) Teslim kateteri PTFE den üretilmiş olmalı 3F çapında olmalı 90-95 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 10) Mikro teslim kateterinin kilit mekanizması bulunmalı 0,1 cc embolizan ajanı gönderebilir lock olmalıdır.
- 11) Mikro teslim uyumlu olduğu tabanca kilit mekanizmasıyla fasıllı olarak yaptığı her 5 sn'lik atımda her 1-3 cm'lik damar segmentine 0,1 cc seali ajan enjeksiyonu yapabilir özellikte olmalıdır.
- 12) Teslim Kateteri ile birlikte guide wire set halinde verilmelidir.
- 13) İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır.
- 14) İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.
- 15) İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

GR 1026

Prof.Dr. Ömer TETİK  
Kalp Damar Cerrahisi ABD  
Başkanı