

## SNARE VE MIKROSNARE KİT TEKNİK SARTNAMESİ

- 1- Snare kit damar içinde diğer malzemelerin yerleştirilmesine veya çıkartılmasına yardımcı olmak veya yabancı maddeleri yakalamak için kullanılacaktır.
- 2- Snare kit snare ve mikrokaterden oluşmalıdır.
- 3- Daha küçük parçacıkları yakalayabilmesi için mikro snare olarak adlandırılan küçük size leri da olmalıdır.
- 4- Snare ve mikrosnare i taşıyan tel, super elastik nitinol malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 5- Snare in malzemeleri yakalamak için halka şeklinde bir yapısı olmalı ve doksan derecelik açıyla tele sabitlenmiş olmalıdır.
- 6- Snare in floroskopi altında daha iyi görülebilmesi için halka kısmı tungsten den imal edilmiş olmalıdır.
- 7- Snare in halka çapları 5, 10, 15, 20, 25, 30 ve 35mm, tel uzunluğu ise 65 ve 120cm boylarında olmalı, mikrokaterler de bunlarla uyumlu olacak şekilde 48 ve 102cm uzunluğunda olmalıdır.
- 8- Snare ile birlikte kullanılacak mikrokaterler 5 ve 10mm lik çaplar için 4f diğer çaplar için 6f olmalıdır.
- 9- Mikrosnare in halka çapları 2, 4 ve 7mm, tel boyları 175 ve 200cm boylarında olmalı, mikrokater de bunlarla uyumlu olacak şekilde 150 ve 175cm uzunluğunda olmalıdır.
- 10- Mikrosnare ile kullanılacak mikrokaterler 2.3-3f olmalıdır.
- 11- Snare ve mikrosnare, steril tekli, orjinal ambalajında olmalıdır.
- 12- Snare ve mikrosnare, ambalajı üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon şekli belirtilmiş olmalıdır.
- 13- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 14- Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur

Yrd. Doç. Dr. Fatih DÜZGÜN  
C.B.U. Radyoloji A.D.  
Dip. No: 10884  
Uzm. Tescil No: 119584