

RETROBULBER ENJEKSİYON İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kas konusu içerisine anesteziik madde zerkiine uygun olmalıdır.
2. İğne 25G ve 38mm ölçülerinde olmalıdır.
3. Ucu sivri olmamalı ve Atkinson modeli olmalıdır.
4. Steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
5. Tek kullanım için üretilmiş olmalıdır.
6. TITUBB onaylı olmalıdır.
7. İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir

Yrd. Doç. Dr.
Hüseyin AYALI
C.B.D. Tıp Fak. Göz Hast.
Dip. Tez No: 117703