

SEALIN AJAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Universital Vein sealin sistemle ierisine verilebilmeli.
- 2) Venöz damarların perkütan yolla ven lümeni ierisinden kapatılması işlemleri için uygun olmalıdır.
- 3) PTFEE teslim kateterine yapışmamalı (nonadheziv) olmalıdır.
- 4) 1 cc lik ürünün kimyasal yapısını etkilemeyen özel polimer yapıda plastik şişede tek kat bilister ambalajda steril edilmiş halde verilmelidir.
- 5) Yüksek yoğunluklu olmalıdır.
- 6) Vein sealin ajan disposable ve EQ steril olarak son kullanıcıya teslim edilmelidir .
- 7) Vein sealin ajan, tabanca kilit mekanizmasına uyumlu PTFE mikrotelim kateterinden , fasıllı olarak her 5 sn lik atımda her 1-3 cm'lik damar segmentine 0,1 cc ajan zerkedilebilir özellikte her 10 cm lik segmente 0,3 cc gidebilecek yoğunlukta olmalıdır.
- 8) Vein sealin ajan ,sızdırmaz ve en az 12 ay miatlı olmalıdır.
- 9) İstendiğı takdirde ilgili ürüne ait ulusal veya uluslararası sağık kurumlarınca; onaylanmış kuruluşlarda yayımlanan tıbbi dokümanlar ve makaleler teknik üyelere teslim edilmelidir.
- 10) İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır.
- 11) Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru ve/veya Biyomedikal Mühendisi bulunmalıdır.
- 12) İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.
- 13) İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

KV 4005

Prof.Dr. Ömer TETİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı