

STERİL ÖRTÜ (DRAPE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polyester filmden yapılmış 0.025 mm incelikte olmalıdır.
2. Gama veya Etilen Oksit yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
3. Antimikrobiyel özellikte olmalıdır.
4. İçeriği iodoform / triklosan ya da gümüş olmalıdır.
5. Ürünün ebatı 60x46 cm olmalıdır.
6. Ciltteki bakterilere karşı fiziksel bariyer oluşturabilmeli, bakteri göçünü önlemelidir.
7. Ciltteki bakterilere karşı kimyasal bariyer oluşturabilmelidir.
8. Hava geçirgen olmalıdır.
9. Basınca duyarlı hipoallerjik akrilat yapışkanlı olmalıdır.
10. Uygulaması kolay olmalı ve cerrahi örtüden yırtılmadan ayrılabilmelidir.
11. Yapışkan özelliğini uzun süre korumalı, cerrahi travma ve sıvılardan etkilenmemelidir.
12. Tekli steril ambalajda olmalıdır.
13. Malzemenin üzerinde ürüne ait bilgiler,sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
14. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3±1 yıl miadlı olmalıdır.
15. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
16. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB Lot numarası, SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir

Prof.Dr. Ömer TETİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı