

TORASİK KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme PVC'den yapılmış olmalıdır.
2. Toraks drenajı için kullanılacak kataterler 14,16,20,24,28, 32 ve 36 French çaplı olmalıdır.
3. Kataterlerin üzerinde radyopak işaret çizgisi bulunması gereklidir.
4. Dren üzerinde 3 bir tarafta 2 diğer tarafta olmak üzere toplam 5 delik olacaktır.
5. Kataterlerin distal uçları 3/8x3/8 konnektörlere adapte edilebilecek çapta olmalıdır.
6. Kateter üzerinde cm ölçüm skalası bulunmalıdır.
7. Eğri olması istenilen kataterler istenilen numaralarda eğri olarak teslim edilmelidir.
8. Çift ambalajlı steril olmalıdır.
9. GAMA ışını ve/veya Etilen Oksit ile steril edilmiş olacaktır.
10. Malzemenin üzerinde ürüne ait bilgiler,sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi belirtilmelidir.
11. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3±1 yıl miadlı olmalıdır.
12. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi ez 3±1 yıl miadlı olmalıdır.
13. Teklif edilecek ürünlerin sağlık bakanlığı onaylı UBB kaydı olmalıdır.
14. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
15. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB Lod numarası, SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

Prof.Dr. Ömer TETİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı