

## URETERAL ACCESS SHEAT [10/12Fr 46 cm]

Teklif edilen Üreteral Access Kılıfı ,

1. RİRC Böbrek taşlarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır .
2. Fleksibl Üreterorenoskop cihazları ile kullanıma uygun olmalıdır.
3. Kılıf iç çapı 10Fr. ve uzunluğu 46 cm olmalıdır.
4. Radyopak dilatör ve kılıf yapısı sayesinde floroskopik görüntü alınabiliyor olmalıdır.
5. Hidrofilik PTFE kaplama sayesinde , üreter ile kılıf arasındaki sürtünme en aza indirilerek kılıfın üreter kanalında rahat ilerlemesi sağlanmalıdır.
6. Sarmal paslanmaz çelik sayesinde kılıf dayanıklılığı arttırılmış olup , kılıf bükülmelerine mahal vermemelidir.
7. Dual Durometer kılıf dizaynı sayesinde anatomik bölgeye göre ihtiyaç duyulan kılıf sertliği sağlanabilir olmalı ; kılıf sertliği distal uçtaki 80 mm şeffaf kısımdan mavi kısma geçtiğinde ideal fleksibilitiyi sağlamak için artmalıdır.
8. Atravmatik Dilatör uç dizaynı 6 - 10 Fr. dilatasyon sağlamalı, max. 0.038" klavuz tel ile kullanıma uygun olmalıdır.
9. Patentli handle ve klip dizaynı kılıf ile dilatörü birbirine kilitleyebilir özellikte olmalıdır.

Yord. Doç. Dr. Oktay ÜÇER  
C.B.Ü.T.F. Üroloji A.D.  
Dip. Tesc. No: 140257  
Uzm. Tesc. No: 71746