

Kılavuz Tel Koroner Diagnostik 0.038 inç 150 cm (KR2004)

Teflon kaplı flex uç 6cm, j curve 3mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten yapı ve politetraflor etilen (PTFE) kaplı fixed core özellikte olmalıdır.

Prof. Dr. Ali İzzet GILGE
Kalp Hastalıkları Uzmanı
0362 331 37235