

23 G VİTREKTOMİ SETİ İÇERİĞİ

	Malzeminin Adı	SUT KODU	
1	Vitreoretinal Cerrahi Cihazlarına Uygun Çapta Kaset Ve Tüp Setleri 23g	GZ1086	3 1 Adet
2	İnfüzyon Kanülleri 23g	GZ1099	2 1 Adet
3	Pnömatik Vitrektomi Problemleri 23g	GZ1111	3 1 Adet
4	Endoilluminasyon Problemleri 23g	GZ1114	7 1 Adet
5	Vitreoretinal Trokar Sistemi 23g	GZ1145	3 Adet

1. Hastanemizde bulunan Alcon marka Vitrektomi cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Bu pak ile hem ön hemde arka segment cerrahisi kaset değiştirilmeden yapılabilmelidir.
3. Pak; direct venturi sisteme uygun, venturi odacığına sahip ve aynı zamanda peristaltik drenaj pompasına da uygun kaset içermelidir.
4. Bu kaset, drenaj sensörü tarafından algılanıp, istenildiği gibi çalışması için, şeffaf ve dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
5. Pak; 7500 kesi/dakika pnömantik radial kesi yapabilen vitrektomi probunu bünyesinde bulundurmalıdır.pak; fiberoptik illuminatör, 4 mm'lik infüzyon kanülü, 3 adet 23 gauge m.v.r. bıçak (valfli trokar seti kullanıma hazır halde), serum seti ve infüzyon hattı tubing seti, şeffaf naylon dan imal edilmiş cihaz ön panel örtüsü, otomatik üç yollu musluk, 20 cc.'lik enjektör ve yukarıda bahsedilen kasete uygun atık torbası içermelidir.
6. Pak; irrigasyon ve aspirasyon tubing bağlantıları içermelidir.
7. İrrigasyon ve aspirasyon hattı konnektörleri cihazın us hp uygun olarak yanlış bağlantıya imkan vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
8. İrrigasyon ve aspirasyon hatları farklı renklerde olmalıdır.
9. Pak içindeki atık torbası, mikrobiyolojik ve diğer laboratuvar testleri için enjektör ile örnek almaya yarayan silikon bir sisteme sahip olmalıdır.
10. Yukarıda adı geçen tüm sarf malzemeler, özel olarak imal edilmiş, mukavim, plastik bir kutu içerisinde, steril olarak bulunmalıdır.
11. Pak üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri mutlaka bulunmalıdır.
12. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miathlı olmalıdır.
13. Pak'ın nereden güvenle açılabileceğini gösteren bir işaret bulunmalıdır.
14. Pak cihazın üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır.
15. Ü.T.S. ye kayıtlı olmalıdır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hafsa Sultan Hastanesi
Op. Dr. Muhittin ad ALTUNCA
Göz Hastalıkları A.B.D.
Dip. Tıp. No: 15380

1) 236 - - 7 -
. a)