

## Baron Marking Corneal Punç Teknik Şartnamesi

- 1-Punç ,keratoplasi için üretilmiş Baron tip olmalıdır.
- 2-Ultra Sharp blade olmalı,Blade'i korumak için koruma ring'i bulunmalı
- 3-Kornea'yı işaretlemek için dört yanında işaretleme delikleri bulunmalı
- 4-Sterile işaretleme Kalemı bulunmalı
- 5-Ambalajında steril olmalıdır.
- 6-Punc kutusunda, 1 Poşet, Keratoplasti için üretilmiş Ultraglide Çift iğneli 3/8mm Circle,6.15mm,uzunluk,2.54mm radius,150 micron 10/0 Monofleman suture olmalı.
- 7-6,0mm ile 9,50mm arasına ölçü aralığına sahip olmalıdır.
- 8-Gerektiğinde istenilen ölçüler ile değiştirilecektir.
- 9-CE Belgeli Olmalıdır.

Yrd.Doç.Dr.  
Hüseyin MAYALI  
C.B.O. Tıp Fak. Göz Hast.  
Dip.Tec. 17763

Yrd.Doç.Dr.  
Hüseyin MAYALI  
C.B.O. Tıp Fak. Göz Hast.  
Dip.Tec.

## Hessburg Baron Vaccum Trepan Teknik Şartnamesi

- 1-Trepan, Keratoplasti ameliyatlarında kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
- 2-Hassburg-Barron tipinde,vaccumllu olmalıdır.
- 3-Bıçağı ultra sharp olmalıdır.
- 4-Ambalajında steril olmalıdır.
- 5-6.0mm ile 9.0 arasında ölçüleri olmalıdır.
- 6- Gerektiğinde istenilen ölçü ile değiştirilecektir.
- 7- CE Belgeli olmalıdır.

Yrd.Doç.Dr.  
Hüseyin MAYALI  
C.B.O. Tıp Fak. Göz Hast.  
Dip.Tec. 11763