

DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ (DSR) SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Oftalmik cerrahi için üretilmiş olmalıdır.
- 2.DSR ameliyatlarında lakrimal drenaj yolunun silikon entübasyonu amacıyla üretilmiş olmalıdır.
- 3.Probu paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
- 4.Probun boyutları yaklaşık 0,90 mm*4.5 cm olmalıdır.
- 5.Tüpü silikondan yapılmış olmalıdır.
- 6.Silikon tüpünün uzunluğu yaklaşık 40 cm, çapı 0,80 mm olmalıdır.
- 7.Çelik proplar düz olmalı, açılı olmamalıdır.
- 8.TİTUBB kaydı bulunmalıdır
- 9.İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir

Yrd.Doç.Dr.
Hüseyin MAYALI
C.B.U. Tıp Fak. Göz Hast.
Diyarbakır 117783

Mini Monoka Teknik Şartnamesi

1. Kanalikül yaralanmalarında lakrimal kesilerde kullanılmak üzere imal edilmiş olmalı.
2. Silikon maddesinden imal edilmiş olmalı
3. **40 mm uzunluğunda 0.64 mm** çapında olmalı (Bu ölçüler vazgeçilmez bir özelliktir, teklif verecek firmalar bu ölçüleri ürün orijinal kataloğunda gösterebilmelidirler.)
4. Ürün içersinden geçen çelik veya herhangi bir probe olmamalıdır.
5. Operasyon sonunda implante edildiği yerde stabil olabilmesi için punctuma oturan **2 mm** çapında bir plug a sahip olmalı
6. Teklif edilen Ürün Sterilizasyon Güvenliği açısından çift steril blister ambalaj içersinde olmalıdır. (Bu vazgeçilmez Bir Özelliştir.) poşet içersinde olan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
7. Teklif verecek olan firmalar ihale öncesi kullanılmak üzere uygunluk için ilgili hekime numune bırakıp kullanıldıktan sonra uygunluk almak zorundalardır.
8. ISO ve CE belgelerine sahip olmalı

Yrd.Doç.Dr.
Hüseyin MAYALI
C.B.C. Tıp Fak. Göz Hast.
Dip. Tez. No: 117763