

## HEMOCLİP PLUS LİGASYON KLİPSİ (SMOLL)TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Klipsler smoll ebatında olmalıdır.
- Klips kartuşları, "Easy Load" aplikatöre çok kolay yükleme imkanı sağlayan, esnek ve yumuşak kartuş yapısına sahip olmalıdır.
- Klips kartuşlarının alt kısmında, ameliyat eldiveni veya ameliyat elbisesine irtibatlandırmayı sağlayan, yapışkan bant bulunmalıdır.
- Klips kartuşları 10 adet klips içermelidir.
- Kartuş ve klipsleri steril ambalajlarında kullanıma hazır olmalıdır.
- Klips kartuşları tek kullanımlık olmalıdır.
- Klipsler titanyum madeninden yapılmış olmalıdır.
- Klipsler doku ve damarları tam olarak kavrayarak ucuca kapama sağlayan şevron yapısında olmalıdır.
- Klipslerin tel yapısı kalp şeklinde olmalı, paralel olarak ucuca kapanmalı ve sert baskı anında kilitleyerek doku veya damarın kesilmesini engellemelidir.
- Klipslerin kalp şekilli tellerinin iç kısmında kapama yapıldığı noktada nekrozu engellemek ve damarın dış çeperinde sirkülasyonu sağlamak amacı ile enine oluklar bulunmalıdır.
- Klipslerin metal alaşımı MRI ve Röntgen cihazlarının manyetik alanından en az seviyede etkilenecek şekilde hazırlanmış olmalıdır.
- Klipsler işaretleme yapmak için kullanılabilir.
- Smoll boy klips kartuşları koyu sarı renginde olmalıdır.
- Klips kutularının içerisinde, 18 adet smoll 10'luk kartuş bulunmalıdır.
- Ameliyathanemizde bulunan klips atıcılar ile tam uyumlu olmalıdır.
- Klipslerin UBB kaydı bulunmalıdır.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ  
Uzm. Dr. Z. Ulas BALI  
Plastik Rekonstrüktif Estetik  
Cerrahi A. Dr.  
Dip. No: 3850