

19. Staplerin ateşlendiğini ve ateşleme sonrası anvilin başının düştüğünü (tilt-top) belirten sesli bir geribildirim mekanizması olmalıdır.
20. İki dokunun yaklaştırma anında oluşan basıncı elimine ederek anastomoz güvenliğinin sağlanması için, anvil ve stapler kısmında delikler bulunmalıdır.
21. Staplerin tutacında istenmeyen ateşlemeyi engelleyecek emniyet mandalı bulunmalıdır.
22. Staplerin tutacı açık ve endoskopik ameliyatlarda parlama yapmayacak mat paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
23. Staplerin ateşleme ünitesinin dış çapı 31.5mm , dairesel bıçak çapı 22.5mm olmalıdır.
24. Zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 4.8mm, ateşlemeden sonra 2.0mm olmalıdır.
25. Anostomoz güvenliği açısından zımbaların B formasyonuna tam ve güvenli bir şekilde kapanabilmesi için dikdörtgen kesitli olmalıdır.
26. Staplerin ateşleme ünitesinin içerisinde 30 adet titanyum zımba olmalıdır.
27. Staplerin şafının uzunluğu 22mm olmalıdır.
28. Ateşleme sonrasında oluşan anastomozun dudakları 1.9mm olmalıdır.
29. Staplerin ateşleme ünitesinin rengi staplerin zımba bacak boyu özelliğini belirten renkte olmalıdır.
30. Steril pakette bir adet stapler ve üzerinde sabit kartuş bulunmalıdır.
31. Steril paketin içerisinde, gerekli vakalarda düşük profilli anvile takılarak kullanılabilecek künt uçlu plastik delici trokar bulunmalıdır.
32. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
33. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
34. Tıbbi cihaz satınalma işlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir.


Prof. Dr. Yavuz KAYA
C.B.U.İ.F. Genel Cerrahi A.D.
Doç. Dr. Tesc. No: 675137780-52878