

LİNEER KESİCİ STAPLER KARTUŞU 75 MM

1. Disposable olmalıdır.
2. Lineer kesici stapler kartuşunun steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Lineer kesici stapler kartuşunun aynı anda altı sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme için kullanılmalıdır.
4. Lineer kesici stapler kartuşunun ateşleme açık bacak uzunluğu 4,3 mm olmalıdır.
5. Lineer kesici stapler kartuşunun içerisinde en az 118 adet titanyum alaşımlı zımba bulunmalıdır.
6. Lineer kesici stapler kartuşunun zımba yuvası, ateşlenmeden zımbanın dökülmesini engellemek için altıgen yapıda olmalıdır.
7. Zimbalar kapandıktan sonra "B" formunu almalı ve korumalıdır.
8. Aynı kartuş normal kalınlıklardaki dokularda,ort/kalın kalınlığındaki dokularda,kalın dokularda kapama yapılabilmelidir.
9. Kesici bıçak kartuş üzerinde olmalıdır.
10. Her 20 (yirmi) kartuş için 1 adet stapler ücretsiz olarak verilmelidir.
11. Lineer kesici Stapler üzerindeki bıçak 440 derece paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

Prof. Dr. Yavuz KAYA
C.B.Ü.TF Genel Cerrahi A.D.
Diyadin Tesc. No: 015 / 3710-52878