

1- Koroner Kalp Kateteri Diagnostik 5F ve 6F

- 1- Sol, sağ Judkins, sağ 3D RC ya da Williams Right şeklinde olmalıdır.
- 2- Radyoopak özelliği yüksek olmalıdır.
- 3- Birebir tork özelliği göstermelidir.
- 4- Gövdesi braided yapıda ve atravmatik, ucu soft olmalıdır.
- 5- Biyokompetibl malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 6-Trombojeniteyi azaltmak ve kayganlığı arttırmak için üstü uygun bir maddeyle kaplanmış olmalıdır.
- 7- Proximal uç bir hub ihtiva etmeli burada kateter ile ilgili bilgi bulunmalıdır.
- 8-En az 100cm uzunlukta, high flow olmalı, 1200 psi basınca dayanabilmelidir.
- 9-Sağ judkins 3,5-4-5-6 ve sol judkins 3,5-4-4,5-5-6 tiplerinde olmalıdır.
- 10- Klinik tarafından ihtiyaca göre sonradan belirtilecek sayılarda sağ-sol Judkins ve sağ koroner için 3DRC kateterler firma tarafından sayı kısıtlaması olmaksızın temin edilecektir
- 11- Kateter tek parça halinde yekpare yapıda olmalı. Kateter ucu ekleme yada yapıştırma olmamalıdır.

2- Koroner Kalp Kateteri Diagnostik Pigtail 6F

- 1-110cm uzunlukta, açık uçlu 8-12 yan delikli, high flow olmalı, 1200 psi basınca dayanabilmeli, radyoopak özelliği yüksek olmalıdır.
- 2- Birebir tork özelliği göstermelidir.
- 3- Gövdesi braided yapıda ve atravmatik, kateter ucu soft olmalıdır.
- 4- Biyokompetibl malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 5-Trombojeniteyi azaltmak ve kayganlığı arttırmak için üstü uygun bir maddeyle kaplanmış olmalıdır.
- 6- Proximal uç bir hub ihtiva etmeli burada kateter ile ilgili bilgi bulunmalıdır.
- 7-Distal kısmı 145 derece açılı olmalıdır.

3- Koroner Kalp Kateteri Diagnostik Amplatz 6F

- 1-Wire-braided yapıda, high-flow ve soft touch özellikte olup röntgen ışığında iyi görüntü sağlamalı, kuvvetli plastik hafıza sahip (memory), en az 1000 psi basınca dayanıklı, süper torque özellikte olmalıdır.
- 2- Sağ amplatz 1-2-3 ve sol amplatz 1-2-3 tiplerinde olmalıdır.

Prof. Dr. Ali Rıza Bilge
Kalp Hastalıkları Uzmanı
38576 - 37235

4- Koroner Kalp Kateteri Diagnostik LIMA 6F

Wire-braided yapıda, high-flow ve soft touch özellikte olup röntgen ışığında iyi görüntü sağlamalı, kuvvetli plastik hafıza sahip (memory), en az 1000 psi basınca dayanıklı, süper torque özellikte olmalıdır.

5- Koroner Kalp Kateteri Diagnostik Multipurpose 6F

Wire-braided yapıda, high-flow ve soft touch özellikte olup röntgen ışığında iyi görüntü sağlamalı, kuvvetli plastik hafıza sahip (memory), en az 1000 psi basınca dayanıklı, süper torque özellikte olmalıdır.


Prof. Dr. Ali Rıza Bilge
Kalp Hastalıkları Uzmanı
038576 - 37235