


CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ
MERKEZ LABORATUVARI, TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI BİRİMİ
SANTRFÜJ TÜPÜ (FALCON) 2016 YILI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu teknik şartname 7 maddeden oluşmaktadır.
2. Bu teknik şartname ile aşağıda adları ve miktarları yazılı testlerin alımı istenmektedir.

SIRA NO	TEST ADI	MİKTAR	BİRİM
1.	50 ml'lik Santrfüj tüpü (Falcon)	2000	adet
2.	15 ml'lik Santrfüj tüpü (Falcon)	2000	adet

3. Steril, polipropilen, vida kapaklı, sızdırmaz ve konik tabanlı olmalıdır.
4. 15 ml.lik ve 50 ml.lik hacim kapasitesinde olmalıdır.
5. Santrfüj işlemine ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
6. Üzerinde yazı alanı olmalı ve ml cinsinden bölmeli olmalıdır.
7. Teslimattan önce malzemenin bir örneği birim sorumlusuna gösterilmelidir.



Prof. Dr. Süheyla Sürücüoğlu
Tüberküloz Lab. Birim sorumlusu

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ
MERKEZ LABORATUVARI, TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI BİRİMİ
MİKRO SANTRFÜJ TÜPÜ (Cryo tüp) 2016 YILI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu teknik şartname 6 maddeden oluşmaktadır.
2. Bu teknik şartname ile aşağıda adları ve miktarları yazılı testlerin alımı istenmektedir.

SIRA NO	TEST ADI	MİKTAR	BİRİM
3.	2 ml'lik Mikrosantrfüj Tüpü (Cryo tüp) (Vida kapaklı, steril, ayaklı)	2500	adet

3. Steril, Plastik, vida kapaklı ve ayaklı olmalıdır.
4. 2 ml.lik hacim kapasitesinde olmalıdır.
5. Santrfüj işlemine ve -80 C' ye kadar derin dondurucu koşullarına dayanıklı olmalıdır.
6. Teslimattan önce malzemenin bir örneği birim sorumlusuna gösterilmelidir.



Prof. Dr. Süheyla Sürücüoğlu
Tüberküloz Lab. Birim sorumlusu