

ANTİALLERJİK ŞEFFAF FLASTER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mikro gözenekli olup havayı ve teri geçirebilmeli ve suya dayanıklı olmalıdır.
2. 5x5 cm ebatlarında olmalıdır.
3. Duyarlı ciltlerde bile kullanılabilmelidir.
4. Alerji oluşturmamalıdır.
5. Çıkarıldığında cilt üzerinde yapışkan artık madde kalmamalı ve cildi tahriş etmemelidir.
6. Şeffaf satırlı olması nedeni ile uygulama bölgesi izlenebilmelidir.
7. Enine boyuna çok küçük ebadlarda dahi kolayca yırtılabilir olmalıdır.

Prof.Dr. Seyhun KÜRŞAT
CBÜ. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD
Nefroloji BD
Dip.Tes. No: 36583